

EarWell™

Sistema correctivo de orejas infantiles

Padres Instrucciones de Uso y Cuidado

La siguiente información ayudará a maximizar los resultados exitosos de la terapia EarWell™ para su bebé.

Por favor, lea toda la información y siga todas las instrucciones con cuidado.

Patentes estadounidense e internacional pendientes

Becon Medical Limited
4640 East Sunrise Drive
Tucson, AZ 85718
520-881-0480
866-431-0480
Fax: 520-881-0941
www.beconmedical.com

© Copyright Becon Medical Limited
48BM0008Rev.B

El médico de su hijo o hija ha aplicado el sistema correctivo EarWell™. Al final de la terapia las orejas de bebé deben estar bien formadas.

Durante el curso de la terapia hay unas cosas que se deben saber para mejorar los resultados de la aplicación del EarWell™.

ADHESIVO

- El EarWell™ está pegado a la piel de su bebé por un adhesivo médico diseñado para maximizar la adhesión y minimizar el trauma. Mantendrá el EarWell en su lugar para aproximadamente catorce a diecisiete días.
- Inspeccione la cuna diariamente para verificar que el adhesivo esté pegado a la piel. Cuando vea que el adhesivo deja de pegarse a la piel, llame al médico para hacer una cita. Durante esa cita unas cunas nuevas de EarWell™ serán aplicadas.
- Después de llamar a su médico, use el rollo de cinta Micropore para fijar el EarWell™ a la piel. Corte un trozo pequeño de cinta del rollo (3 pulgadas o menos) y aplique encima del EarWell y de la piel del bebé. Si el área de separación está más grande que el ancho de la cinta, use más cinta para asegurar el EarWell™ a la piel.
- También hay ocasiones cuando una o ambas cunas EarWell™ se separan de la piel prematuramente. Esto puede ocurrir cuando un niño se pone excepcionalmente activo o inquieto, resultando en movimiento enérgico de los hombros y brazos. Al observar tal separación, use la cinta Micropore para asegurar la cuna a la oreja como indicado arriba.
- Llame al médico cuando asegure el EarWell™ con la cinta.
- Si el EarWell™ se separa completamente, o más de 50% del área de la superficie del aparato, NO INTENTES asegurarlo de Nuevo con cinta. Llame a su médico para hacer una cita.

- Es importante notar que si el EarWell™ se separa temporariamente no afectará los resultados ni la duración de la terapia.

- Simplemente haga una cita para lo más pronto posible.

LAVAR

- Porque el adhesivo es una parte intrincada del EarWell™, debe mantenerlo el más seco posible.
- Se recomienda que no intente mojar ni lavar el EarWell.

ENROJECIMIENTO

- EarWell™ está hecho de un material transparente para que la piel sea visible.
- Si la oreja se pone más roja de lo normal, avise al médico.

MANTENIMIENTO DE LA CUNA

- El interior de la cuna debe mantenerse libre de leche, fórmula o vómito. Si alguno de estos fluidos penetra al interior de la cuna, solicite una cita con el médico tratante para retirar la cubierta superior y limpiar el oído y los componentes EarWell™.
- Se debe prestar especial atención para proteger el interior de la cuna de la presencia de vómito.

TAPA

- Solo el médico debe quitar la tapa del EarWell™.